

遴选公告

张家口市第一医院 2025 年度病床维保服务项目

1. 项目概况

1.1 项目名称：张家口市第一医院 2025 年度病床维保服务项目

项目编号：DYYYHQC 2025-0701

1.2 项目内容

根据医院实际运行需求，现开展医疗用床及相关附属设备维保服务遴选工作。本项目以维保服务为核心，服务内容涵盖病床、床头柜、输液架、输液杆、隔帘轨道等易损配件的日常维护和更换，所有服务费用包含于配件综合报价中。

1.2.1 服务范围：

1.2.1.1 本项目为包干服务类项目，报价应涵盖完成本项目全部工作的费用，包括设备、材料、人工费、安装调试费、培训、验收费用、保险、交通、利润、税金及其他伴随服务费用。

1.2.1.2. 维保范围包括医院现有 2700 余张普通病床及其附属设备。供应商需对所有病床及易损配件提供常态化维保服务；配件按实际更换数量和单价据实结算。

报价应含安装调试、运输、施工、安全防护等全部费用。


1.2.1.3. 易损配件详见下表：


序号	配件名称	技术参数及要求	单位	数量	单价（元）
1	床垫	3CM 椰棕、5CM 海绵	张	1	476.6
2	床摇杆	行程 88-105CM/53-65CM	根	1	145
3	摇手柄	碳钢+ABS	把	1	62.6
4	3 寸静音脚轮	聚氨酯材质	只	1	54
5	4 寸静音脚轮	聚氨酯材质	只	1	61
6	5 寸静音脚轮	聚氨酯材质	只	1	66.6
7	5 寸中控脚轮	聚氨酯材质	只	1	130

序号	配件名称	技术参数及要求	单位	数量	单价（元）
8	四档不锈钢护栏	高 420mm，长 955mm	片	1	185
9	六档不锈钢护栏	高 430mm，长 1480mm	片	1	203.3
10	不锈钢床头板	复合款	片	1	216.6
11	输液吊杆	不锈钢款 1.4 米	支	1	63.3
12	床上输液架	不锈钢款 2 米	个	1	71.6
13	床头板（ABS 款）	中插式	片	1	269.3

1.3 技术规格标准表

序号	品目名称	规格型号	技术参数	
1	床垫	3CM 椰棕 5CM 海绵	<p>1、规格尺寸：1900mm×840mm×9mm±10mm(长×宽×高)，整体重 10KG。</p> <p>2、床垫整体为 8CM,内层为 5CM 高弹海绵和 3CM 椰棕，海绵密度≥45 克，高压蒸汽杀菌去味，质轻，拉伸等物性强度高，耐药耐水。</p> <p>3、三折四片床垫，可根据床背部腿部的升降弯曲。</p> <p>4、外层采用防水耐磨布料，透气但液体不渗漏、可擦拭免拆洗，拉链封口可拆洗。</p>	
2	床摇杆	碳钢长摇杆 88--105CM 短摇杆行程 53--65CM	<p>(1) 摇杆选用 H62 铜合金螺母加 8E 级 Cr40 精密合金材料，丝杆采用 45#高级结构钢双挤压成型，在负重条件下可使用 10000 次以上。螺杆设计有过摇保护，承受力强，极大地延长了摇杆使用寿命。</p> <p>(2) 摇杆具备自润滑功能，日常运作磨损小，操作轻松自如且无噪音，为患者和医护人员营造安静舒适的使用环境，同时安全可靠。</p> <p>(3) 摇杆拉杆厚度 1.5MM，配备防尘套，有效避免灰尘进入，减少对使用寿命和操作的不良影响，保障摇杆稳定运行。</p>	

序号	品目名称	规格型号	技术参数	
3	摇手柄	碳钢+ABS	1、摇杆把手采用碳钢焊接成型，搭配 ABS 塑料材质，颜色与床身配套，增强了床体整体设计的一体性与美观度	
4	3 寸静音脚轮	聚胺脂材料	1.聚胺酯材质 5 寸医用静音万向轮。 2. 轮直径为 125mm ，安装高度 170mm ，轮宽 34mm 。 3. 具备静音特性，可 360° 灵活转向，带刹车装置，能在任意方向固定。 4. 连接螺杆为 M16。	
5	4 寸静音脚轮	聚胺脂材料		
6	5 寸静音脚轮	聚胺脂材料		
7	5 寸中控脚轮	聚胺脂材料		
8	四档不锈钢护栏	高度 420MM， 长度 955MM	(1) 护栏采用 6 档不锈钢护栏，立起时高度 430MM，长度 1480MM。 (2) 上横梁为铝合金型材，表面电泳处理，不易磨损。	
9	六档不锈钢护栏	高度 430MM， 长度 1480MM	(3) 下横梁为 30×30×1.5mm 方型钢管，紧固耐用。 (4) 立柱为 6 根 304 不锈钢钢管。厚度 1.2mm。 (5) 上下连接不锈钢管的铰链为高强度尼龙，耐用抗磨损、使用时静音。 (不得使用塑料外壳包铁支架的结构) 颜色必须为浅蓝色。 (6) 开关销和开关座外壳均为高强度尼龙注塑而成。 (7) 护栏整体操作简单方便。 (8) 防夹手设计，可承载横向 800N 的拉力，纵向 600N 的拉力。	

序号	品目名称	规格型号	技术参数	
10	不锈钢床头板	复合款	<p>1、外部采用全新优质 ABS 高强度工程材料整体一次性注塑成形，无毒、无味、抗菌，抗冲击性强，耐磨、耐腐蚀、阻燃，性能稳定可靠，不变形，表面光滑无缝隙，无卫生死角，易清洁擦拭消毒；整体造型美观流畅。</p> <p>2、内部用不锈钢焊接成一个方形框架，增加整体强度，在经常性推动病床时有较好的受力作用，比单纯的 ABS 床头尾板有更好的耐受强度，保证长期使用不变形。</p> <p>3、床头尾板上端厚度$\geq 40\text{mm}$，床尾板高度$\geq 520\text{mm}$，床头板高度$\geq 520\text{mm}$ 有符合人体工程学结构的把手，床头尾板均有暗藏锁定开关或锁扣固定装置，可以拆卸及锁定，固定牢固保证长期倚靠不歪斜，两边各带有抗撞击大圆弧 R10mmABS 防撞轮。</p> <p>4、床尾板带有亚克力插片槽。</p>	
11	输液吊杆	不锈钢款 1.4 米	<p>1、优质 304 不锈钢材质，外管$\Phi 19\text{mm} \times 1.0$，总长 1m，内管$\Phi 16\text{mm} \times 1.0$</p> <p>2、伸缩调节按钮材质为优质尼龙料，按下可以伸缩内管，伸缩范围 0m--0.5。</p> <p>四条挂钩选用优质 304 不锈钢。</p>	
12	床上输液架	不锈钢款 2 米	<p>1、优质 304 不锈钢材质，外管$\Phi 19\text{mm} \times 1.0$，内管$\Phi 16\text{mm} \times 1.0$ 伸缩范围 1m--1.95m。</p> <p>2、伸缩调节旋钮材质为优质尼龙料，手柄为梅花型。</p> <p>3、四条挂钩选用优质 304 不锈钢。</p>	
13	床头板	ABS 中插款	<p>1、采用高密度 HDPE 工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性等。</p> <p>2、床头床尾板高低搭配，不占空间，方便医护人员观察病人情况</p> <p>3、可快速拆卸，满足紧急抢救需要</p>	

1.4 标段划分

本项目不划分标段。

1.5 预算金额：无

1.5.1 最高限价

供应商分项报价有一项超出分项最高限价（详见易损配件表）的，其遴选文件按照无效遴选处理。

1.5.2 付款方式：签订合同时约定

2. 维保服务期限与响应要求

2.1 服务期限：签订合同后 12 个月。

2.2 维保响应：提供 7×24 小时服务支持；

报修 1 小时内响应，2-4 小时内完成故障处理，复杂故障 12 小时内解决；

对于 24 小时内无法修复的故障，提供同类设备替代使用。

3. 服务要求

3.1 每半年进行一次全院巡检，检查外观、结构、功能，并出具报告；

3.2 每半年进行主要结构的润滑、调试与保养；

3.3 每季度检查一次易损件，及时发现并更换问题配件；

3.4 驻院服务人员：每工作日在岗不少于 2 人，周末及节假日不少于 1 人，人员固定；

3.5.技术咨询与培训：对院方使用人员提供设备使用方法、故障排查等方面的技术咨询与指导。

4.技术标准与适配性要求

4.1 各类配件技术参数详见《技术规格标准表》，包括结构强度、尺寸公差、材质耐久性要求；

4.2 配件尺寸应与现有病床适配，误差控制在±5mm 以内；

4.3 使用环境适应性：温度 5℃ - 40℃，湿度 30%-80%；

4.4 材质要求：耐磨、耐腐蚀、易清洁，满足医院日常消毒要求。

5. 参选人资格要求

5.1 本次遴选对参选人的资格要求如下：

5.1.1 独立企业法人资格，具有有效的营业执照

5.1.2 参选人关于财务状况良好、正常缴纳税收和社会保障资金的承诺；

5.1.3 参选人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5.1.4 信誉要求：在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）全国范围内未被列入失信被执行人名单；在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）未被列入严重违法失信企业名单；

5.1.5 项目特定的资格要求：**无**

5.2 本次遴选不接受联合体投标。

6. 遴选文件的获取

6.1 凡有意参加遴选者，请于 **2025-07-15 09:00 至 2025-07-17 17:00**（北京时间，下同），参选人将报名资料扫描件发送至 v19900629@163.com 邮箱。邮箱中还需明确完善如下信息，以便于通知遴选信息等事项：项目名称、公司名称、联系人、电话、邮箱等。参选人员报名资料包括：加盖公章的营业执照、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（包含法定代表人身份证明书）扫描件，获取遴选文件。

6.2 遴选文件售价 0 元，售后不退。

7. 遴选响应文件的递交

7.1 遴选响应文件递交的截止时间为 **2025-07-22 10:30**，参选人应在截止时间以书面形式将遴选响应文件递交至张家口市第一医院西院区后勤管理处（会议室）。

7.2 逾期送达的遴选响应文件，予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次遴选公告在 **张家口市第一医院官网上** 发布因轻信其他组织、个人或媒体提供信息而造成损失的，采购人概不负责。

9. 联系方式

采购人：张家口市第一医院

地址：张家口市桥西区礼拜寺巷 6 号

邮编：075000

联系人：刘磊

电话：0313-8045026