



张家口市第一医院 2025年度病床维保服务项目

遴选确认书

张家口酷马商贸有限责任公司：

贵方对张家口市第一医院 2025年度病床维保服务项目，经遴选评审小组评定，贵方中标，中标价为：

序号	名称	规格型号	技术参数	参考图	单价（元）
1	床垫	3CM椰棕5CM海绵	<p>1、规格尺寸：1900mm×840mm×9mm±10mm(长×宽×高)，整体重10KG。</p> <p>2、床垫整体为8CM,内层为5CM高弹海绵和3CM椰棕，海绵密度≥45克，高压蒸汽杀菌去味，质轻，拉伸等物性强度好，耐药耐水。</p> <p>3、三折四片床垫，可根据床背部腿部的升降弯曲。</p> <p>4、外层采用防水耐磨布料，透气但液体不渗漏、可擦拭免拆洗，拉链封口可拆洗。</p>		469.8
2	床摇杆	碳钢长摇杆行程 88--105CM 短摇杆行程 53--65CM	<p>(1) 摇杆选用H62铜合金螺母加8E级Cr40精密合金材料，丝杆采用45#高级结构钢双挤压成型，在负重条件下可使用10000次以上。螺杆设计有过摇保护，承受力强，极大地延长了摇杆使用寿命</p> <p>(2) 摇杆具备自润滑功能，日常运作磨损小，操作轻松自如且无噪音，为患者和医护人员营造安静舒适的使用环境，同时安全可靠</p> <p>(3) 摇杆拉杆厚度1.5MM，配备防尘套，有效避免灰尘进入，减少对使用寿命和操作的不良影响，保障摇杆稳定运行</p>		143
3	摇手柄	碳钢+ABS	<p>1、摇杆把手采用碳钢焊接成型，搭配ABS塑料材质，颜色与床身配套，增强了床体整体设计的一体性与美观度</p>		61.2
4	3寸静音脚轮	聚胺脂材料	<p>1.聚胺酯材质 5寸医用静音万向轮。</p> <p>2. 轮直径为125mm，安装高度170mm，轮宽34mm。</p> <p>3. 具备静音特性，可360°灵活转向，带刹车装置，能在任意方向固定。</p> <p>4. 连接螺杆为M16。</p>		50.3
5	4寸静音脚轮	聚胺脂材料			58.5
6	5寸静音脚轮	聚胺脂材料			65
7	5寸中控脚轮	聚胺脂材料			127.3

序号	名称	规格型号	技术参数	参考图	单价（元）
8	四档不锈钢护栏	高度420MM, 长度955MM	(1) 护栏采用6档不锈钢护栏, 立起时高度430MM, 长度1480MM。 (2) 上横梁为铝合金型材, 表面电泳处理, 不易磨损。 (3) 下横梁为30×30×1.5mm方型钢管, 坚固耐用。		183.2
9	六档不锈钢护栏	高度430MM, 长度1480MM	(4) 立柱为6根304不锈钢钢管。厚度1.2mm。 (5) 上下连接不锈钢管的铰链为高强度尼龙, 耐用抗磨损、使用时静音。 (不得使用塑料外壳包铁支架的结构) 颜色必须为浅蓝色。 (6) 开关销和开关座外壳均为高强度尼龙注塑而成。 (7) 护栏整体操作简单方便。 (8) 防夹手设计, 可承载横向800N的拉力, 纵向600N的拉力。		203
10	不锈钢床头板	复合款	1、外部采用全新优质ABS高强度工程材料整体一次性注塑成形, 无毒、无味、抗菌, 抗冲击性强, 耐磨、耐腐蚀、阻燃, 性能稳定可靠, 不变形, 表面光滑无缝隙, 无卫生死角, 易清洁擦拭消毒; 整体造型美观流畅。 2、内部用不锈钢焊接成一个方形框架, 增加整体强度, 在经常性推动病床时有较好的受力作用, 比单纯的ABS床头尾板有更好的耐受强度, 保证长期使用不变形。 3、床头尾板上端厚度≥40mm, 床尾板高度≥520mm, 床头板高度≥520mm有符合人体工程学结构的把手, 床头尾板均有暗藏锁定开关或锁扣固定装置, 可以拆卸及锁定, 固定牢固保证长期倚靠不至斜, 两边各带有抗撞击大圆弧R10mmABS防撞轮。 4、床尾板带有亚克力插片槽。		214
11	输液吊杆	不锈钢款1.4米	1、优质304不锈钢材质, 外管Φ19mmX1.0, 总长1m, 内管Φ16mmX1.0 2、伸缩调节按钮材质为优质尼龙料, 按下可以伸缩内管, 伸缩范围0m--0.5。 四条挂钩选用优质304不锈钢。		62.5
12	床上输液架	不锈钢款2米	1、优质304不锈钢材质, 外管Φ19mmX1.0, 内管Φ16mmX1.0 伸缩范围1m--1.95m。 2、伸缩调节旋钮材质为优质尼龙料, 手柄为梅花型。 3、四条挂钩选用优质304不锈钢。		70.3
13	床头板	ABS中插款	1、采用高密度HDPE工程塑料一次成型, 表面平顺易清洁。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性等。 2、床头床尾板高低搭配, 不占空间, 方便医护人员观察病人情况 3、可快速拆卸, 满足紧急抢救需要		267

序号	名称	规格型号	技术参数	参考图	单价（元）
	合计		大写：壹仟玖佰柒拾伍元壹角		1975.1

现将有关事项通知如下：

一、联系电话：0313--8045026

二、签定合同地点：遴选人指定地点。

三、服务期限：合同签订之日起一年。

四、签定合同时，请携带法人授权委托书，本遴选确认书、签定合同所需相关公章，提供本单位的开户银行、开户名称及银行帐号。

五、请贵公司尽快与我方联系，据此通知在30日内签定合同。

六、遴选确认书须由张家口市第一医院盖章方可有效。

特此通知

张家口市第一医院（盖章）

2025年7月23日